

നമ്പർ സി 1- 981/2024

ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം
തീയതി : 02. 05.2025

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ BP Apparatus ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രസ്തുത മേഖലയിൽ അംഗീകൃത രെജിസ്ട്രേഷനും പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ/വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മൽസരാധിഷ്ഠിത സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അടങ്കൽ തുക	3,00,000/-
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില	600 രൂപ + GST
നിരതദ്രവ്യ നിക്ഷേപം (EMD)	3,000/-
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി	09.05.2025
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിതരണം അവസാനിക്കുന്ന തീയതി	17.05.2025 രാവിലെ 11.30
ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി	20.05.2025 രാവിലെ 11.30
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി	22.05.2025 വൈകീട്ട് 03.30

ടെണ്ടറുകൾ മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ "Tender for BP Apparatus" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി Demand Draft രൂപത്തിലുള്ള നിരതദ്രവ്യത്തിനൊപ്പം സൂപ്രണ്ട്, ജനറൽ ആശുപത്രി, എറണാകുളം എന്ന വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന് ശേഷം സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടർ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാതെയും കാരണം കാണിക്കാതെയും ടെണ്ടർ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ നിരസിക്കുന്നതിനും റദ്ദാക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

ടെണ്ടർ നിബന്ധനകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനും കൃത്യമായി വായിച്ചു മനസ്സിലായതിനു ശേഷം ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധന ആവശ്യമില്ലാത്ത പക്ഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ടെണ്ടർ ഫോറം പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10.30 മുതൽ വൈകീട്ട് 03.00 വരെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

കുറിപ്പ്:-

1. പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 01.00 മണി വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 02.00 മണി മുതൽ 03.00 മണി വരെയും മാത്രമേ ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ.
2. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
3. ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.
4. നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
5. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടെണ്ടർ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷം അംഗീകരിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും.
6. ടെണ്ടർ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി/സ്ഥാപനം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടുമായി 200/- രൂപ വിലയുള്ള മുദ്രവപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതും ടെണ്ടർ തുകയുടെ 5% അല്ലെങ്കിൽ 15,000/- രൂപ ഏതാണോ കൂടുതൽ ആയത് പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇനത്തിൽ ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

7. നിയമാനുസൃതമായ ടെണ്ടർ ഫീ, നിരത ദ്രവ്യം (EMD) എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ആയത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്, മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ ടെണ്ടറിനൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ടെണ്ടർ ഫീ, നിരത ദ്രവ്യം (EMD) എന്നിവ നിർബന്ധമായും അടക്കേണ്ടതാണ്.
8. ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും.
9. ടി ഐറ്റം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥാപനത്തിനുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ GST എന്നിവയുടെ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
10. ഉപകരണങ്ങളുടെ വാറണ്ടി കാലാവധി ടെണ്ടറിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
11. ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസ് മുഖേന നിവാരണം വരുത്താവുന്നതാണ്.



S. Subu
സൂപ്രണ്ടിനു വേണ്ടി

നോട്ടീസ് ബോർഡ്
പകർപ്പ്:

12. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ & ചെയർമാൻ, ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
13. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം), എറണാകുളം (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
14. സെക്രട്ടറി, കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്, കൊച്ചി
15. തഹസിൽദാർ, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കണയന്നൂർ
16. ഡയറക്ടർ I & P.R.D, തിരുവനന്തപുരം- 695001
17. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, എറണാകുളം
18. സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി / താലൂക്ക് ആശുപത്രി / സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആശുപത്രി
- ആലുവ / ഫോർട്ട് കൊച്ചി / തൃപ്പൂണിത്തുറ / മട്ടാഞ്ചേരി
19. B4 സെക്ഷൻ
20. ഫയൽ / സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ

നമ്പർ സി 1- 981/2024

ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം
തീയതി : 02.05.2025

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ BP Apparatus ഒരു വർഷകാലയളവിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രസ്തുത മേഖലയിൽ അംഗീകൃത രെജിസ്ട്രേഷൻ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ/വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മൽസരാധിഷ്ഠിത സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അടങ്കൽ തുക	3,00,000/-
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില	600 രൂപ + GST
നിരതദ്രവ്യ നിക്ഷേപം (EMD)	3,000/-
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി	09.05.2025
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിതരണം അവസാനിക്കുന്ന തീയതി	17.05.2025 രാവിലെ 11.30
ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി	20.05.2025 രാവിലെ 11.30
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി	22.05.2025 വൈകിട്ട് 03.30

ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ വായിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മാത്രം ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്



Shubh
സുപ്രഭാകർ വേണ്ടി

SPECIFICATIONS

- Need LCD digital display of size 100mm x 66mm
- Measurement method should be oscillometric and Auscultatory.
- Measurement range should have pressure from 0 to 280mmHg, Pulse from 40bpm to 200bpm.
- Need measurement accuracy of $\pm 5\%$ for pulse.
- Need Automatic/Manual pressurization [180,230,280mm Hg].
- Memory: Upto 100 reading with date and time.
- Features: Irregular heart beat detection, Error indication for any body movement, Durable with rubber edge, Low battery and charging indication, Automatic power off.
- Power source should be 3.6V, 1850mA NI-MH rechargeable battery or Medical AC Adapter [DC 60V, 600mA].
- Battery Life: 600 times, [Under the condition of 23°C usage of M-size cuff and pressure reaching to 180mmHg].
- Unit should be of 594g of weight without accessories.
- Unit dimensions: 224 x 129 x 106mm [L x W x H].
- Need cuff of 22-32cm and 18-42 cm.



for *selu*
SUPERINTENDENT
GENERAL HOSPITAL ERNAKULAM

നമ്പർ സി 1- 981/2024

ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം
തീയതി : 02. 05.2025

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ BP Apparatus ഒരു വർഷകാലയളവിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രസ്തുത മേഖലയിൽ അംഗീകൃത രെജിസ്ട്രേഷനും പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ/വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മൽസരാധിഷ്ഠിത സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അടങ്കൽ തുക	
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില	3,00,000/-
നിരതദ്രവ്യ നിക്ഷേപം (EMD)	600 രൂപ + GST
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി	3,000/-
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിതരണം അവസാനിക്കുന്ന തീയതി	09.05.2025
ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി	17.05.2025 രാവിലെ 11.30
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി	20.05.2025 രാവിലെ 11.30
	22.05.2025 വൈകീട്ട് 03.30

ടെണ്ടറുകൾ മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ "Tender for BP Apparatus" എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി Demand Draft രൂപത്തിലുള്ള നിരതദ്രവ്യത്തിനൊപ്പം സൂപ്രണ്ട്, ജനറൽ ആശുപത്രി, എറണാകുളം എന്ന വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന് ശേഷം സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടർ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാതെയും കാരണം കാണിക്കാതെയും ടെണ്ടർ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ നിരസിക്കുന്നതിനും റദ്ദാക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

ടെണ്ടർ നിബന്ധനകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനും കൃത്യമായി വായിച്ചു മനസ്സിലായതിനു ശേഷം ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധന ആവശ്യമില്ലാത്ത പക്ഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ടെണ്ടർ ഫോറം പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10.30 മുതൽ വൈകീട്ട് 03.00 വരെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

കുറിപ്പ്:-

1. പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 01.00 മണി വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 02.00 മണി മുതൽ 03.00 മണി വരെയും മാത്രമേ ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ.
2. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
3. ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.
4. നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
5. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടെണ്ടർ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുള്ള പക്ഷം അംഗീകരിച്ച് ഉറപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും.
6. ടെണ്ടർ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി/സ്ഥാപനം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടുമായി 200/- രൂപ വിലയുള്ള മുദ്രവപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതും ടെണ്ടർ തുകയുടെ 5% അല്ലെങ്കിൽ 15,000/- രൂപ ഏതാണോ കൂടുതൽ ആയത് പെർഫോമൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇനത്തിൽ ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

7. നിയമാനുസൃതമായ ടെണ്ടർ ഫീ, നിരത ദ്രവ്യം (EMD) എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ആയത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്, മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ ടെണ്ടറിനൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ടെണ്ടർ ഫീ, നിരത ദ്രവ്യം (EMD) എന്നിവ നിർബന്ധമായും അടക്കേണ്ടതാണ്.
8. ടെണ്ടർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവലിന് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും.
9. ടി ഐറ്റം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥാപനത്തിനുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ GST എന്നിവയുടെ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
10. ഉപകരണങ്ങളുടെ വാറണ്ടി കാലാവധി ടെണ്ടറിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
11. ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസ് മുഖേന നിവാരണം വരുത്താവുന്നതാണ്.



Shubh
സൂപ്രണ്ടിനു വേണ്ടി

നോട്ടീസ് ബോർഡ്
പകർപ്പ്:

12. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ & ചെയർമാൻ, ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റി (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
13. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം), എറണാകുളം (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
14. സെക്രട്ടറി, കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്, കൊച്ചി
15. തഹസീൽദാർ, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കണയന്നൂർ
16. ഡയറക്ടർ I & P.R.D, തിരുവനന്തപുരം- 695001
17. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, എറണാകുളം
18. സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി / താലൂക്ക് ആശുപത്രി / സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആശുപത്രി
- ആലുവ / ഫോർട്ട് കൊച്ചി / തൃപ്പൂണിത്തുറ / മട്ടാഞ്ചേരി
19. B4 സെക്ഷൻ
20. ഫയൽ / സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ

നമ്പർ സി 1- 981/2024

ജനറൽ ആശുപത്രി എറണാകുളം
തീയതി : 02.05.2025

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ BP Apparatus ഒരു വർഷക്കാലയളവിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രസ്തുത മേഖലയിൽ അംഗീകൃത രെജിസ്ട്രേഷനും പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ/വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മൽസരാധിഷ്ഠിത സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അടങ്കൽ തുക	
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില	3,00,000/-
നിരതദ്രവ്യ നിക്ഷേപം (EMD)	600 രൂപ + GST
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി	3,000/-
ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിതരണം അവസാനിക്കുന്ന തീയതി	09.05.2025
ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി	17.05.2025 രാവിലെ 11.30
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി	20.05.2025 രാവിലെ 11.30
	22.05.2025 വൈകീട്ട് 03.30

ടെണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾ, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ വായിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മാത്രം ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്



Shubh
സുപ്രഭാഷിനു വേണ്ടി

SPECIFICATIONS

- Need LCD digital display of size 100mm x 66mm
- Measurement method should be oscillometric and Auscultatory.
- Measurement range should have pressure from 0 to 280mmHg, Pulse from 40bpm to 200bpm.
- Need measurement accuracy of $\pm 5\%$ for pulse.
- Need Automatic/Manual pressurization [180,230,280mm Hg].
- Memory: Up to 100 readings with date and time.
- Features: Irregular heart beat detection, Error indication for any body movement, Durable with rubber edge, Low battery and charging indication, Automatic power off.
- Power source should be 3.6V, 1850mA NI-MH rechargeable battery or Medical AC Adapter [DC 60V, 600mA].
- Battery Life: 600 times, [Under the condition of 23°C usage of M-size cuff and pressure reaching to 180mmHg].
- Unit should be of 594g of weight without accessories.
- Unit dimensions: 224 x 129 x 106mm [L x W x H].
- Need cuff of 22-32cm and 18-42 cm.



for *shah*
SUPERINTENDENT
GENERAL HOSPITAL ERNAKULAM