

e - 29



സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം - 695011

ഫോൺ: (0471)2528855,2528055
www.tmc.kerala.gov.in
principalgmct@gmail.com
store.gmct@gmail.com

No.C3/1944/2024/GMCT

12-02-2025

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗത്തിലെ OT Light റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും LED Dome വാങ്ങി നൽകുന്നതിനും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പൽ, സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതികളിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി.പി.പി. ആയി അയക്കുന്നതല്ല.

അടങ്കൽ തുക : 2,00,000/- രൂപ

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില

(ഒറിജിനൽ - നികുതി സഹിതം) : 672/- രൂപ (600+72)

(ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - നികുതി സഹിതം): 336/- രൂപ

നിരതദ്രവ്യം : 2,000/- രൂപ

ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം : 21/2/2025 03.00 PM

ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം : 22/2/2025 02.30 PM

ഫോറം ഇറക്കുന്ന തീയതി,

സമയം: 22/2/2025 03.00 PM

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി : 31-03-2025

| ദർഘാസ് നമ്പർ | | സാധനങ്ങളുടെ പേര് | യൂണിറ്റ് | അളവ് |
|--------------|---|---------------------------------------------------|----------|------|
| 20/2024 | 1 | Repairing of OT Light and Replacement of LED Dome | എണ്ണം | 1 |

(സ്നേഹിതപ്രിയൻ പ്രത്യേകമായി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തുവയ്ക്കുന്നു)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

PRINCIPAL

Signed by
Linette Judith Morris
Date: 12-02-2025 16:59:30

വിൻഡോ പരസ്യം

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| നം.സി3/1944/2024/ജി.എം.സി.റ്റി | തീയതി 12-02-2025 |
| <p>സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്</p> <p>തിരുവനന്തപുരം</p> | |
| <p>പുനർ ദർഘാസ് നമ്പർ: 20/2024</p> | |
| <p>തിരുവനന്തപുരം, സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗത്തിലെ OT Light റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും LED Dome വാങ്ങി നൽകുന്നതിനും പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്-</p> | |
| <p>അടങ്കൽ തുക : 200,000/- രൂപ</p> | |
| <p>ദർഘാസ് വില : 672/- രൂപ (600 +72)</p> | |
| <p>നിരതദ്രവ്യം : 2,000/- രൂപ</p> | |
| <p>ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം : 21/02/2025, 3.00 PM</p> | |
| <p>ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം : 22/02/2025, 2.30. PM</p> | |
| <p>ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതി, സമയം : 22/05/2025 03.00 PM</p> | |
| <p>PRINCIPAL</p> | |

Signed by
 Linette Judith Morris
 Date: 12-02-2025 16:57:07

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Dome | : Dual |
| Diameter of Dome | : 600 m |
| Light Emitting Diode | : 4 modules in each dome |
| Number of LED | : 8 LEDs in each module |
| Light Out Put | : 1,60,000 lux each |
| Filed Size | : 280 mm |
| Colour Rendering Index | : 90 |
| Colour Temperature | : 4100 K |
| Lux Control | : Possible |
| Input Power | : 230 V, 50 Hz |
| Out put Power | : 32 V Nominal |
| Light Surface | : Single Plane cleanable |
| Handles | : removable, reusable, autoclavable |

suitable for existing Dual Dome OT Light

Dome shall be fixed to the existing arm decorum of operation Theater without any sharp/ acute caves.

All movement of the spring arm stroke/ceiling end/spring arm rotation shall be kept as installed. All/ necessary electrification works, as per standards, without affecting the cleanliness shall be done.

Buy back value shall be offered for the existing domes.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

വിശ്വസ്തയോടെ,

PRINCIPAL

Signed by

Linette Judith Morris

Date: 23-12-2024 13:08:42

M-69



സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്,
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം - 695011

ഫോൺ: (0471)2528855,2528055
www.tmc.kerala.gov.in
principalgmct@gmail.com
store.gmct@gmail.com

No.C3/1944/2024/GMCT

12-02-2025

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗത്തിലെ OT Light റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും LED Dome വാങ്ങി നൽകുന്നതിനും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പൽ, സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തീയതികളിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വി.പി.പി. ആയി അയക്കുന്നതല്ല.

അടങ്കൽ തുക : 2,00,000/- രൂപ

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില

(ഒറിജിനൽ - നികുതി സഹിതം) : 672/- രൂപ (600+72)

(ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - നികുതി സഹിതം): 336/- രൂപ

നിരതദ്രവ്യം : 2,000/- രൂപ

ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം : 21/2/2025 03.00 PM

ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം : 22/2/2025 02.30 PM

ഫോറം ഇറക്കുന്ന തീയതി,

സമയം: 22/2/2025 03.00 PM

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി : 31-03-2025

| ദർഘാസ് നമ്പർ | | സാധനങ്ങളുടെ പേര് | യൂണിറ്റ് | അളവ് |
|--------------|---|---------------------------------------------------|----------|------|
| 20/2024 | 1 | Repairing of OT Light and Replacement of LED Dome | എണ്ണം | 1 |

(സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രത്യേകമായി ഇതോടൊപ്പം ചേർത്തുവരുന്നു)

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

PRINCIPAL

Signed by
Linette Judith Morris
Date: 12-02-2025 16:59:30

വിൻഡോ പരസ്യം

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| നം.സി3/1944/2024/ജി.എം.സി.റ്റി | തീയതി 12-02-2025 |
| <p>സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം,</p> | |
| <p>പുനർ ദർഘാസ് നമ്പർ: 20/2024</p> | |
| <p>തിരുവനന്തപുരം, സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ന്യൂറോസർജറി വിഭാഗത്തിലെ OT Light റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും LED Dome വാങ്ങി നൽകുന്നതിനും പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്</p> | |
| <p>അടങ്കൽ തുക : 200,000/- രൂപ</p> | |
| <p>ദർഘാസ് വില : 672/- രൂപ (600 +72)</p> | |
| <p>നിരതദ്രവ്യം : 2,000/- രൂപ</p> | |
| <p>ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം : 21/02/2025, 3.00 PM</p> | |
| <p>ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി, സമയം : 22/02/2025, 2.30. PM</p> | |
| <p>ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതി, സമയം : 22/05/2025 03.00 PM</p> | |
| <p>PRINCIPAL</p> | |

Signed by
 Linette Judith Morris
 Date: 12-02-2025 16:57:07

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Dome | : Dual |
| Diameter of Dome | : 600 m |
| Light Emitting Diode | : 4 modules in each dome |
| Number of LED | : 8 LEDs in each module |
| Light Out Put | : 1,60,000 lux each |
| Filed Size | : 280 mm |
| Colour Rendering Index | : 90 |
| Colour Temperature | : 4100 K |
| Lux Control | : Possible |
| Input Power | : 230 V, 50 Hz |
| Out put Power | : 32 V Nominal |
| Light Surface | : Single Plane cleanable |
| Handles | : removable, reusable, autoclavable |

suitable for existing Dual Dome OT Light

Dome shall be fixed to the existing arm decorum of operation Theater without any sharp/ acute caves.

All movement of the spring arm stroke/ceiling end/spring arm rotation shall be kept as installed.

All/ necessary electrification works, as per standards, without affecting the cleanliness shall be done.

Buy back value shall be offered for the existing domes.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെൻഡർ നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പലിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

വിശ്വസ്തയോടെ,

PRINCIPAL

Signed by

Linette Judith Morris

Date: 23-12-2024 13:08:42